

Mosina 04.10.2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 02.10.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

HRTJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mosina

ul. Świerkowa, nr 26A

62-050 Mosina

www.hrtj.pl

REGON: 367963926,

NIP: 7773291109

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego

Andrzej Tomikowski;

e-mail: hrtjoffice@gmail.com;

tel: 505 132 540

W dniu 02.10.2017 r wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące zapytania nr 1/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”. Poniżej treść pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2017 proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:

W opisie Zadania 1 Zamawiający pisze, że „W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny modułowego kastomizowalnego interfejsu i aparatury badawczej zapewniającej „screening” serii badanych związków w układach ciecz-gaz”.

Czy Wykonawca powinien uwzględnić stworzenie autorskiej koncepcji aparatury czy może ewentualnie wykorzystać elementy spełniające wymagania Zamawiającego dostępne na rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje wykorzystanie elementów spełniających wymagania Zamawiającego dostępnych na rynku.

Powyższe pytanie i odpowiedź zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, stronie internetowej PARP oraz przesłane do podmiotu, który przesłał pytania.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Tomikowski